

遠心機点検結果報告書

和歌山県立医科大学附属病院 御中

平成 29年 3月 14日

点検実施日 平成 29年 3月 8日

作業者 塩田 幸久

機種 5930

製造番号 NX2447

大阪市中央区内久宝寺町4-2-17
久保田商事株式会社



[1]点検項目

- ① 絶縁抵抗 5MΩ以上 良
異常ありません
- ② モーター ベアリング等の異音
異常ありません
- ③ バランス 回転軸の異常なぶれの有無 (バランスを崩し振動・異音がないか)
異常ありません
- ④ タイマー 5分間計測時の誤差 (±2秒の誤差)
実測値 5分00秒27
異常ありません
- ⑤ 回転計 実際の回転数と回転計表示のずれ (±100rpmの誤差)
表示値 3.000rpm 実測値 2.999rpm
異常ありません
- ⑥ 冷凍機 冷却能力および温度制御の具合
異常ありません

[2]点検結果

点検の結果、異常ありませんでした。