

|                   |     |                                                           |               |       |    |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|----|
| Ca 定量[尿]          |     |                                                           |               | 16000 |    |
|                   |     |                                                           |               | 担当部署  |    |
| U-Ca              |     |                                                           |               | 生化    |    |
| <b>検査オーダー</b>     |     |                                                           |               |       |    |
| 患者同意に関する要求事項      |     | 特記事項なし                                                    |               |       |    |
| オーダーリング手順         | 1   | 電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→                                       |               |       |    |
|                   | 2   | 電子カルテ→指示①→検査→*5.尿・便・その他→                                  |               |       |    |
|                   | 3   |                                                           |               |       |    |
|                   | 4   |                                                           |               |       |    |
|                   | 5   |                                                           |               |       |    |
| 検査に影響する臨床情報       |     | 特記事項なし                                                    |               |       |    |
| 検査受付時間            |     | 8 : 15～16 : 00                                            |               |       |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b> |     |                                                           |               |       |    |
| 患者の事前準備事項         |     | 特記事項なし                                                    |               |       |    |
| 検体採取の特別なタイミング     |     | 特記事項なし                                                    |               |       |    |
| 検体の種類             |     | 採取管名                                                      | 内容物           | 採取量   | 単位 |
| 1                 | 新鮮尿 | 2 3 スピッツ                                                  | なし            | 10    | mL |
| 2                 | 蓄尿  | 22 蓄尿                                                     | 防腐剤、尿量インジゲーター | 10    | mL |
| 3                 | -   | -                                                         | -             | -     | -  |
| 4                 | -   | -                                                         | -             | -     | -  |
| 5                 | -   | -                                                         | -             | -     | -  |
| 6                 | -   | -                                                         | -             | -     | -  |
| 7                 | -   | -                                                         | -             | -     | -  |
| 8                 | -   | -                                                         | -             | -     | -  |
| 検体搬送条件            |     | 室温                                                        |               |       |    |
| 検体受入不可基準          |     | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物<br>4)粘性のある検体 |               |       |    |
| 保管検体の保存期間         |     | 冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)                               |               |       |    |
| <b>検査結果・報告</b>    |     |                                                           |               |       |    |

|          |      |                                                                                                                                         |      |      |       |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 検査室の所在地  |      | 病院棟 3 階 中央検査部                                                                                                                           |      |      |       |
| 測定時間     |      | 当日中～翌日                                                                                                                                  |      |      |       |
| 生物学的基準範囲 |      | 設定なし                                                                                                                                    |      |      |       |
| 臨床判断値    |      | 設定なし                                                                                                                                    |      |      |       |
| 基準値      |      |                                                                                                                                         |      |      | 単位    |
|          |      |                                                                                                                                         |      |      | mg/dL |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                                                                                                                                    | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値  |
| 設定なし     | 設定なし | 設定なし                                                                                                                                    | 設定なし | 設定なし | 設定なし  |
| パニック値    | 高値   | 設定なし                                                                                                                                    |      |      |       |
|          | 低値   | 設定なし                                                                                                                                    |      |      |       |
| 生理的変動要因  |      | 特記事項なし                                                                                                                                  |      |      |       |
| 臨床的意義    |      | カルシウム(Ca)はその大部分が骨や歯の硬組織に含まれている。血清中に存在するCaは生体内の約0.1%に過ぎず、血液中の濃度からではCaの充足状況は推し測れない。Caは生体内で様々な生態調節機構を制御する酵素活性化に重要な役割を果たす。(日本臨床第7版 279-283) |      |      |       |