

APTT 加ミキシングテスト				259000	
				担当部署	
APTT ミキシング				血液	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→血液学→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		APTT に準ずる。			
検査受付時間		8 : 15～16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		APTT に準ずる。			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	全血	3 黒大	3.2%クエン酸 Na	3.6000000000000001	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1) 採取容器違いの検体 2) 凝固検体 3) 採血量過不足の検体 4) サンプルングできない検体			
保管検体の保存期間		室温・当日中（追加検査については、検査室に要問合せ）			
検査結果・報告					

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		当日中			
生物学的基準範囲		設定なし			
臨床判断値		設定なし			
基準値				単位	なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値	高値	設定なし			
	低値	設定なし			
生理的変動要因		APTT に準ずる。			
臨床的意義		APTT の延長を認める検体に対し、凝固因子インヒビターの存在と凝固因子欠乏症、ループスアンチコアグラントを大まかに振り分けるのに簡便で有用である。 EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要 改訂第 35 版」414			