

24 時間クレアチニンクリアランス				4002500	
				担当部署	
24CCr				生化	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→0			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		特記事項なし			
検査受付時間		8 : 15～16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		特記事項なし			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	蓄尿	2 2 蓄尿	ユリメジャータブレット	10	mL
2	全血	10 青	分離剤	8	mL
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準					
保管検体の保存期間		冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)			
検査結果・報告					
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		当日中～翌日			
生物学的基準範囲		設定なし			

臨床判断値		設定なし				
基準値					単位	L/day
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		GFRは、1分間に糸球体から濾過される血漿量であり、腎機能の最も重要な指標である。 糸球体から濾液とともに完全に濾過され、尿細管で分泌も再吸収も受けない物質イヌリンが1分間に腎臓で完全除去される血漿量、即ちイヌリンクリアランス(Cin)が真のGFRと定義される。 Cr は糸球体基底膜から容易に濾過され、尿細管からの分泌・再吸収が少ないため、Ccr はGFR の近似指標となる。 日本臨床第7版 644,2009				