

|                           |      |   |     |         |
|---------------------------|------|---|-----|---------|
| *ETV6-AML1 キメラ mRNA 定性 骨髄 |      |   |     | 7200400 |
| mETV BM                   |      |   |     | 担当部署    |
|                           |      |   |     | 外注      |
| <b>検査オーダー</b>             |      |   |     |         |
| 患者同意に関する要求事項              |      | 特記事項なし  |     |         |
| オーダーリング手順                 | 1    | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→染色体→                              |     |         |
|                           | 2    |   |     |         |
|                           | 3    |   |     |         |
|                           | 4    |   |     |         |
|                           | 5    |   |     |         |
| 検査に影響する臨床情報               |      | 特記事項なし  |     |         |
| 検査受付時間                    |      | 8:15~16:00  |     |         |
| <b>検体採取・搬送・保存</b>         |      |   |     |         |
| 患者の事前準備事項                 |      | 特記事項なし  |     |         |
| 検体採取の特別なタイミング             |      | 特記事項なし  |     |         |
| 検体の種類                     | 採取管名 | 内容物   | 採取量 | 単位      |
| 1                         | マルク  | 8 マルク外注   | なし  | 1 mL    |
| 2                         | -    | -   | -   | -       |
| 3                         | -    | -   | -   | -       |
| 4                         | -    | -   | -   | -       |
| 5                         | -    | -   | -   | -       |
| 6                         | -    | -   | -   | -       |
| 7                         | -    | -   | -   | -       |
| 8                         | -    | -   | -   | -       |
| 検体搬送条件                    |      | 室温  |     |         |
| 検体受入不可基準                  |      | 1)採取容器違いの検体<br>2)バーコードラベルの貼られていない検体<br>3)固形物          |     |         |
| 保管検体の保存期間                 |      | 検査委託先で2週間   |     |         |
| <b>検査結果・報告</b>            |      |   |     |         |
| 検査室の所在地                   |      | 株式会社 SRL 第1・第2八王子ラボラトリー<br>〒192-8535<br>東京都八王子市小宮町 51 |     |         |

|          |                    |      |      |      |      |
|----------|--------------------|------|------|------|------|
| 測定時間     | 6～9 日              |      |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 | 設定根拠については外注検査室に問合せ |      |      |      |      |
| 臨床判断値    | 設定根拠については外注検査室に問合せ |      |      |      |      |
| 基準値      |                    |      |      |      | 単位   |
| 共通低値     | 共通高値               | 男性低値 | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
|          |                    |      |      |      |      |
| パニック値    | 高値                 | 該当なし |      |      |      |
|          | 低値                 | 該当なし |      |      |      |
| 生理的変動要因  | 特記事項なし             |      |      |      |      |
| 臨床的意義    | 外注項目の為省略           |      |      |      |      |