

サイクル AMP(尿)				7453000	
				担当部署	
C-AMP(U)				外注	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項			特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*5.尿・便・その他→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報			該当なし		
検査受付時間			8 : 15 ~ 16 : 00		
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項			特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング			トルエン 1 ~ 2mL を入れて冷暗所にて 24 時間蓄尿し、よく混和し必要量をご提出ください。		
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	蓄尿	2 2 蓄尿	ユリメジャータブレット	10	mL
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件			室温		
検体受入不可基準			1) 採取容器違いの検体 2) バーコードラベルの貼られていない検体 3) 固形物		
保管検体の保存期間			検査委託先で 2 週間		
検査結果・報告					

検査室の所在地		株式会社 BML 総合研究所 350-1101 川越市的場 1361-1			
測定時間		6～12 日			
生物学的基準範囲		設定根拠については外注検査室に問合せ			
臨床判断値		設定根拠については外注検査室に問合せ			
基準値					単位 pmol/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		該当なし			
臨床的意義		外注項目の為省略			