

長時間ホルター心電図(168 時間連続記録、CC5 誘導のみ)				S104	
				担当部署	
長時間ホルター				生理	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→心電図→長時間ホルター心電図(168 時間連続記録、CC5 誘導のみ)			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		機器装着後の生活は平常通りで、入浴は40℃10分程度、シャワーはOK。また、機器に衝撃をあたえるような激しい運動や高圧装置・高周波装置に近づくことを避ける。 貸出期間は一週間。			
検査受付時間		8 : 45～17 : 30			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項					
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1 人体(心臓)	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件					
検体受入不可基準		1) 機器装着の説明が理解できない患者 2) 検査に同意を得られない患者			
保管検体の保存期間		特記事項なし			

検査結果・報告					
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		返却後 8 日			
生物学的基準範囲		該当なし			
臨床判断値		該当なし			
基準値				単位	特記事項なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因		該当なし			
臨床的意義		動悸、息切れ、めまい、胸痛などのイベントはあるが、その発生頻度が少なく不規則な患者に対して、その原因精査に用いられる。			